



บันทึกข้อความ

สวนราชการ กองโบราณคดีได้นำ กรมศิลปากร โทร. ๐ - ๓๙๓๙ - ๑๒๓๖ โทรสาร ๐ - ๓๙๓๙๑ - ๒๓๗

ที่ ๑๑ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ผู้อำนวยการกองโบราณคดีได้นำ

ตามหนังสือเลขที่ ๓ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้อนุมัติดำเนินการประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ห้องค์ประกอบของโบราณวัตถุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเห็นควรให้นำร่างประกวดราคาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกองโบราณคดีได้นำ และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรนั้น

ในการเผยแพร่ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ปรากฏว่า มีข้อวิจารณ์ ในประเด็นดังนี้

๑. หลอดเอกซเรย์ที่ใช้งานมีกำลังไม่น้อยกว่า ๒ วัตต์
๒. หลอดเอกซเรย์ใช้แรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ โวลต์ และมีกระแสไม่น้อยกว่า ๒๐๐

ไมโครแอมป์

๓. เป้าหลอดเอกซเรย์ (Excitation Source) เป็น Ta หรือ Rh หรือ AG หรือดีกว่า

๔. มีระบบประมวลผล (Processor) ประกอบด้วย CPU ความเร็วไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ MHz หน่วยความจำชั่วคราว ความจุไม่ต่ำกว่า ๑๒๘ MB ความเร็วไม่ต่ำกว่า ๓๐๐MHz โดยไม่ใช้ PDA ในการประมวลผล

๕. มีความจำภายในสามารถเก็บข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ผลการวิเคราะห์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ร่วมกับ ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรปรับปรุง เนื่องจากเอกสารผิดพลาดในสาระสำคัญ ดังนั้น จึงเห็นควรนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุง เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ กองโบราณคดีได้นำ และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวกัญญนัช เกษรมาลี)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

อนุมัติ,ลงนามแล้ว

ร้อยเอก

(บุญฤทธิ ฉายสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองโบราณคดีได้นำ